

入札説明書

令和元年9月2日付けで公告した制限付き一般競争入札（物品調達契約）に参加しようとする者は、別に定めるもののほか次の事項を熟知し、かつ、遵守しなければならない。

1 発注者

青森県知事

2 入札に付する事項

- (1) 品名 原子力災害医療用資機材備品
- (2) 数量 仕様書のとおり
- (3) 規格等 仕様書のとおり
- (4) 納入期限 令和2年3月19日
- (5) 納入場所 仕様書のとおり

3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。

ア 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

イ 青森県財務規則（昭和39年3月青森県規則第10号）第128条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。

ウ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領（平成11年6月30日施行）第5で規定する競争入札参加資格者名簿（以下「競争入札参加資格者名簿」という。）に登録され、かつ、A等級に格付されている者であること。

エ 県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。

オ 物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領（平成12年1月21日施行。以下「指名停止要領」という。）に基づく知事の指名停止の措置を、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、受けていない者であること。

カ 競争入札参加資格者名簿に登録された日から開札の時までの間に、指名停止要領別表第9号から第16号までに掲げる措置要件に該当する事実（既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。）がない者であること。

キ 営業品目「Q06 医療用機器」又は「Q99 医薬品、医療用機器」が競争入札参加資格者名簿に登録されている者又は2(1)に掲げる物品と同一の種類の商品について、過去5年の間に納入実績があることを証明した者であること。

ク 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。

(2) 入札に参加する者に必要な資格の確認

制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（第3-1号及び第3-2号様式。以下「申請書」という。）を原則として持参により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。資格の確認結果については、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書（第5号様式）により通知する。

- ア 提出期限 令和元年9月6日 12時00分
- イ 提出場所 青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県出納局会計管理課物品調達グループ
- ウ 提出部数 1部

4 契約条項等を示す場所等

- (1) 契約条項等を示す場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。
- (2) 契約条項等を示す期間 令和元年9月2日から同月18日まで

5 入札説明書等に関する質問

入札説明書等に関する質問がある場合は、入札説明書等に関する質問書（第1号様式）を原則として持参により提出すること。

なお、入札説明書等に関する質問書に対する回答は、青森県出納局会計管理課ホームページへの掲載及び会計管理課物品調達グループにある業者用掲示板への掲示による方法で行う。

- (1) 提出期限 令和元年9月5日 17時00分
- (2) 提出場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。

6 制限付き一般競争入札に参加しようとする者に要求される事項

- (1) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
- (2) 制限付き一般競争入札に参加しようとする者は、入札日の前日までの間において、提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
- (3) 県が提示する参考品以外の物品（以下「同等品」という。）により入札書を提出する場合には、同等品のカタログ（コピー可）を添付の上、同等品申請書（第3号様式）を原則として持参により提出し、県の承認を得なければならない。

- ア 提出期限 令和元年9月5日 17時00分
- イ 提出場所 3の(2)のイに定める場所に同じ。

7 入札及び開札に関する事項

- (1) 日時 令和元年9月19日 14時30分
- (2) 場所 青森県青森市長島一丁目1番1号
青森県庁舎南棟1階 会計管理課入札室

(3) 入札保証金 免除する。

(4) 入札に関する注意事項

ア 入札に参加する場合には、下記の書類を持参すること。

(ア) 制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書

(イ) 委任代理人が入札するときは、委任状（参考様式参照。既に有効な期間委任状を提出している場合は、持参不要である。）。

イ 入札に当たっては、財務規則に定める入札者心得書（第6条（B）を除く。）を遵守するものとする。

入札者心得書は、インターネットにより、次のURL（アドレス）から入手できる。

<http://www.pref.aomori.lg.jp/kensei/yosan/buppin-bunsho.html>

ウ 入札書には、別紙参考書式を参考に、次の事項を記載すること。

(ア) 入札年月日

(イ) あて名は、「青森県知事」とする。

(ウ) 入札参加者の所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印（個人の場合は、住所、氏名及び印）

(エ) 入札金額

(オ) 品名

(カ) 数量等

エ 入札金額の記載方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

オ 郵便により入札書を提出することは認めない。

カ 入札執行回数は、原則として、3回を限度とし、不調の場合は最低の価格をもって入札をした者との随意契約によるものとする。

キ 2回目の入札において、落札者がなく、かつ、1者を除いて他の入札者がすべて辞退した場合は、以後の再度入札は行わず、その1者との随意契約によるものとする。

ク 1回目又は2回目の入札において、入札に参加しなかった者、無効の入札をした者は、以後の再度入札には参加できないものとする。

ケ 再度入札に移行した場合において、直前の回の最低入札額と同額又はこれを上回る額の入札をした者の入札は無効とするものとする。

コ 入札が開始されてから入札を辞退するときは、入札執行者に入札辞退届を提出する、又は入札書に「辞退」と記入して入札箱に投函するものとする。

サ 委任代理人が入札を行おうとするときは、入札書に委任代理人の氏名（法人の場合は、当該法人の名称又は商号及び代表者名）を記名押印しなければならないものとする。

(5) 入札の無効

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(6) 落札者の決定方法

ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

イ 落札者となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

8 契約に関する事項

(1) 契約書（案） 別紙のとおり

(2) 契約保証金

契約者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。

ア 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約書の取り交わしの時期

落札決定の日から7日以内に契約を締結する。

(4) 落札の決定後、当該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が3の(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該契約を締結しない。

9 問合せ先

青森県青森市長島一丁目1番1号

青森県出納局会計管理課物品調達グループ

担当 主事 對馬 淳美

電話 017-734-9098

物 品 売 買 契 約 書

受注者

青森市長島一丁目1番1号

発注者 青 森 県

上記当事者間において、物品売買のため、次のとおり（ただし、を除く。）契約を締結した。

（売買物品及び売買代金）

第1条 受注者は、次に掲げる物品（以下「売買物品」という。）を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買受けることを約した。

（1）物品の名称等

ア 名 称 原子力災害医療用資機材備品

イ 数 量 別紙仕様書のとおり

ウ 規 格 等 別紙仕様書のとおり

（2）金 額 　　¥.

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 　　¥. 　　）

なお、金額の内訳は別紙内訳書のとおりとする。

（契約保証金）

第2条(A) 契約保証金は、金 　　　　　円とする。

2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。

3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。

第2条(B) 契約保証金は、免除する。

（売買物品の納入等）

第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。

（1）納入期限 　　令和2年3月19日

（2）納入場所 　　別紙仕様書のとおり

2 受注者は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。

3 受注者は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。

（売買物品の検査等）

第4条 発注者は、売買物品の納入があった場合において、受注者の立会いの下に検査を行

うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。

2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。

3 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。

4 第1項の検査に合格しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取り、発注者の指定する期日までに代品を納入しなければならない。

5 前条第2項及び第3項並びに前各項の規定は、代品の納入について準用する。

(所有権の移転時期)

第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、発注者に移転する。

(売買代金の支払)

第6条 受注者は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。

2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。

(遅延利息)

第7条 受注者は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年2.7パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。

(かし担保責任)

第8条 発注者は、売買物品の所有権が移転した後、売買物品に数量の不足その他隠れたかしがあることを発見したときは、当該所有権の移転後1年以内に受注者に対して売買物品の補修、取替え、この契約の解除又はこれらに代え、若しくはこれらとともに損害の賠償を請求することができる。

2 発注者は、受注者が前項の補修又は取替えに応じないときは、補修又は取替えに代わる必要な措置を講ずることができるものとし、これに要する費用は受注者が負担するものとする。

(契約の解除)

第9条 発注者は、前条の規定による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

- (1) その責めに帰する理由により、第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
- (2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(契約保証金の帰属)

第10条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。

(違約金)

第10条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(損害賠償)

第11条 発注者は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。

(暴力団の排除)

第12条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。

(協議事項)

第13条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。

令和 年 月 日

受注者

印

発注者 青森県知事 三村申吾

印

別記

暴力団排除に係る特記事項

(総則)

第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。

(暴力団排除に係る契約の解除)

第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあつては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあつては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。

- (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
- (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
- (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
- (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
- (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
- (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
- (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあつては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
- (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。

(不当介入に係る報告・通報)

第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。

(別紙内訳書)

	品名	規格	数量	単位	単価(税抜き)	計
1	NaIシンチレーションサーベイメータ		12	台		
2	電離箱式サーベイメータ		2	台		
	小 計					
	取引に係る消費税及び地方消費税の額					
	合 計					

原子力災害医療用資機材備品仕様書（備品）

仕様書最終確認



1 納入物品名

- | | |
|-------------------------------|-----|
| (1) NaI シンチレーションサーベイメータ（ケース込） | 12台 |
| (2) 電離箱式サーベイメータ（ケース込） | 2台 |

2 仕様

- (1) NaI シンチレーションサーベイメータ（ケース込）

性能：以下の性能を全て満たすこと

○測定線種

γ (X) 線

○検出器

φ25.4mm×25.4mm NaI (Tl) シンチレータ

○使用特性（用途）

線量当量率測定用のサーベイメータであること（JIS Z 4333:2014に適合のこと）

○エネルギー特性

^{137}Cs に対し、±15%以内（60keV～1.5MeV）

○測定範囲

- ・0～30.0ks⁻¹, 0～1.80Mmin⁻¹
- ・バックグラウンド～30.0μSv/h, または30.0μGy/h
- ・バックグラウンド～3.00mR/h, または3.00mrem/h

○測定エネルギー範囲

- ・Sv/h, Gy/h, R/h, rem/h : 50keV～3MeV（3MeVカット無し） エネルギー補償機能あり
- ・s⁻¹, min⁻¹ : 50keV以上

○表示

- ・バックライト・タッチパネル付き液晶表示器（日本語/英語表示切替可）
- ・指示値（デジタル表示）、バーグラフメータ、トレンド、測定単位、測定線種、電池残量、時刻、最大値、オーバーロード、ユーザー設定画面、スケーラカウント

○相対基準誤差

±15%以内

○レスポンス方式

時定数一定タイプ

○操作スイッチ

- ・計測部：電源スイッチ、「HOME」スイッチ、「RESET」スイッチ、液晶タッチパネル
- ・検出器：メモリスイッチ、時定数切換スイッチ

○モニタ音

放射線の入射を感知し、音を発生させる機能を付け、ユーザーの設定によりON、OFF及び音量大小の切替えができること。

○データ保存・出力

- ・一定時間間隔連続値、瞬時値の保存が可能
- ・最大100日分のフォルダを作成可能（60秒間隔連続で、連続記録を実施した場合144,000データ）
- ・パソコンへデータ転送できる機能を有すること。

○使用環境

-10℃～+40℃（90%RH以下）

○電源・電源寿命

- ・アルカリ乾電池単3形×8本（連続30時間以上）
- ・ニッケル水素電池単3形×8本（連続12時間以上）
- ・USB給電（USB2.0）
- ・バックライトの自動電源OFF機能付きであること。

○外形、質量

- ・約(W)10×(D)25×(H)14cm（突起物除く）
- ・約1.2kg（電池、検出器、ケーブル含む）
- ・防塵・防水：IP65

○納入時添付品等

- ・試験成績書を添付すること。
- ・JIS Z 4511に準じた校正を実施の上、校正証明書を校正の体系図とともに添付すること。
- ・ケースは容易に持ち運びできる重量とし、検出器本体を保護できるよう緩衝材を入れること。
- ・使用者による保守を容易とするため、検出器－測定部間のケーブルを両端コネクタとすること。
- ・日本語の取扱説明書を添付すること。
- ・1年間の保証期間を付けること。

※参考製品 (株)日立製作所 LUCREST TCS-1172

(2) 電離箱式サーベイメータ（ケース込）

性能：以下の性能を全て満たすこと

○使用特性（用途）

線量当量率測定用のサーベイメータであること。

○測定線種

X線、 γ 線、 β 線（ β 線は検出器先端のキャップを外して検知）

○検出器

円筒型電離箱

○規格

JIS Z 4333:2014に適合すること。

○エネルギー特性

^{137}Cs に対し、 $\pm 15\%$ 以内 (30keV \sim 1.5MeV)

○有効測定範囲

- ・ 1 cm線量当量率 $1 \mu\text{Sv/h} \sim 1 \text{Sv/h}$
- ・ 1 cm線量当量 $0.3 \mu\text{Sv} \sim 10\text{Sv}$

○表示

デジタル表示であること。

表示器は液晶表示器を用い、バックライト・タッチパネル付きであること。

○指示精度

相対レスポンス0.91 \sim 1.11 (5 mSv/h基準、相対指示誤差 $\pm 10\%$ 相当)

○データ保存・出力

連続保存、瞬時値について144,000データ以上保存可能であること。

パソコンへデータ転送できる機能を有すること。

○使用環境

$-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$ (90%RH以下)

○電源

電池で可動すること。

バックライトの自動電源OFF機能付きであること。

○電源寿命

アルカリ乾電池で連続80時間以上、稼働すること。

○外形、重量

片手で容易に使用が可能である大きさ、重量であること。

防塵・防水機能 (IP65相当) を有すること。

○校正

JIS Z 4511に準じた校正を実施すること。

○納入時添付品等

- ・ 試験成績書を添付すること。
- ・ JIS Z 4511に準じた校正を実施の上、校正証明書を校正の体系図とともに添付すること。
- ・ ケースは容易に持ち運びできる重量とし、検出器本体を保護できるよう緩衝材を入れること。

- ・使用者による保守を容易とするため、検出器－測定部間のケーブルを両端コネクタとすること。
- ・日本語の取扱説明書を添付すること。
- ・1年間の保証期間を付けること。

※参考製品 (株)日立製作所 LUCREST ICS-1323

(3) 引き取り

指定したシリアルナンバーの下記備品を引きとること。

- ・NaI シンチレーションサーベイメータ 12台
- ・電離箱式サーベイメータ 2台

3 納入について

(1) 納入場所及び引取場所

(別紙)「納入場所及び数量」「引取場所及びシリアルナンバー」参照

(2) 納入期限

令和2年3月19日(木)

(3) 納入に関する留意点

納入日時の調整を行う必要があることから、決定業者にあつては納入前に医療業務課業務指導グループ三浦技師に連絡すること。(電話：017-734-9289)

別紙

「納入場所及び数量」

区分	NaI シンチレーションサーベイメータ	電離箱式サーベイメータ	
納品場所	むつ保健所	4台	-
	上十三保健所	4台	-
	三戸地方保健所	4台	-
	原子力センター別館	-	2台
計	12台	2台	

「引取場所及びシリアルナンバー」

引取場所・原子力センター別館

測定器名	メーカー	型式	製造番号
NaI シンチレーションサーベイメータ	日立アロカメディカル(株)	TCS-171	R06847
			R06848
			R06849
			R06850
		TCS-172	R00125
			R00129
			R00137
			R00133
			R00128
			R00130
			R00136
			R00135
電離箱式サーベイメータ	日立アロカメディカル(株)	ICS-313	R01868
			R01671