

青森県出納局会計管理課長

## 入札説明書等に関する質問書に対する回答書

公 告 日	平成28年7月14日
品 名	高規格救急自動車
質 問 事 項	
<p>1 P3 第35 「・・・リアドアは可能な限り高い位置から取り付けること。」とありますが、救急車として十分な高さで設計しておりますので、後改造での取付位置の変更はできませんがよろしいでしょうか。</p> <p>2 P6 第43(3) 「・・・足元側からもスライド操作ができるようにレバーを設けること。」とありますが、足元側のスライドロックの解除操作は、レバーではなく、押しボタンで操作(添付のコピー参照)するものでもよろしいでしょうか。</p>	
回 答	
<p>1 リアドアの高さに関して、「開口部の高さが1,580mm(7/22 電話確認)」となっており、この高さは、救急隊員の活動に支障がなく、本件の仕様書を満たすと判断されることから、問題ありません。</p> <p>2 左右スライド機能を有し、患者の足許側からもスライド操作ができることが必須ですので、ボタンで操作するもので問題ありません。</p>	

注 用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。